
CALIBRAÇÃO DE CHAVES DINAMOMÉTRICAS, TRANSDUTORES DE BINÁRIO E APARAFUSADORAS







Melhor Incerteza de Calibração

❖ 0,002 N.m

Método

Avaliação de erro por comparação com transdutor de referência rastreável

Procedimento

ISO 6789 e procedimento interno

Flexibilidade

Pontos de calibração de acordo com requisitos do cliente.

Acreditação e Rastreabilidade

Calibração acreditada pelo IPAC e rastreável a padrões Internacionais

Tempo médio de execução

3 dias úteis